



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca



00083

Cliente:

MONTEK DI AZZALI LUIGI S.A.S.

Via De Gasperi, 35/37

46010 Commessaggio MN

Rapporto di Prova N°: RPT-ISSI-261067

Relazione tecnica relativa ai test di: Capacità di assorbimento per immersione del prodotto intero

Data emissione: 31/07/2026

Vs Riferimento: Preventivo n° R-ISSI-262564

Rapporto di Prova relativo a:

S-ISSI-2607213

Campionamento: effettuato dal cliente.

Informazioni fornite dal cliente:

MODELLO: TRAVERSE SALVALETTO NON RIMBOCCABILI

FABBRICANTE: MONTEK DI AZZALI LUIGI SAS

MARCA: TRAVERSA SALVALETTO MONTEK

TAGLIA/ASSORBIMENTO: 60X90 CM

CODICE ARTICOLO/REF:T60X90F120

CODICE EAN: 8052405090102

Lotto: 9075F2616 SCAD 15/04/2031

9075F2616 SCAD 15/04/2031

9075F2616 SCAD 15/04/2031

CONFEZIONI: n. 4 da 30 pezzi

Data arrivo: 27/07/2026

Data accettazione: 29/07/2026

Data inizio prove: 30/07/2026

Data fine prove: 31/07/2026

Riesaminato da

Sergio Orlandini

Il Responsabile di Team

Alessia Aprea

**IL DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA**

Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal Cliente.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è effettuato dal Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Laddove applicabile, il residuo del campione viene conservato per tre mesi dalla data di emissione del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.

Rapporto di Prova N°. RPT-ISSI-261067

Pg 1 / 2



METODI E NOTE AGGIUNTIVE

Capacità di assorbimento del prodotto intero/Absorption capacity whole-product testing ISO 11948-1:1996

Rete di drenaggio: acciaio; numero di prove eseguite: 5 Tempo di immersione: 5 minuti

Gli ausili prelevati dalla confezione sono stati aperti e condizionati alla temperatura di $23 \pm 2^\circ\text{C}$ e $50 \pm 5\%$ di umidità relativa per 24 ore prima dell'esecuzione del test. Il test è condotto nelle identiche condizioni ambientali.

Le confezioni internamente sono state identificate come:

A Lotto : 9075F2616 SCAD 15/04/2031

B Lotto : 9075F2616 SCAD 15/04/2031

C Lotto : 9075F2616 SCAD 15/04/2031

RISULTATI

Capacità di assorbimento del prodotto intero/Absorption capacity whole-product testing ISO 11948-1:1996

Prova effettuata presso Innovhub SSI Sede A

	Masse asciutte (g)					Massa asciutta (g)	
	-test individuali-					-media aritmetica-	
Campione	I (g)	II (g)	III (g)	IV (g)	V (g)	media aritmetica	scarto tipo (g)
1	72,9	72,6	72,4	73,9	72,2	72,8	0,67
	Capacità di assorbimento (g)					Capacità di assorbimento (g)	
	-test individuali-					-media aritmetica-	
	I (g)	II (g)	III (g)	IV (g)	V (g)	media aritmetica	scarto tipo (g)
	1285	1392	1367	1518	1361	1385	84,5

Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal Cliente.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è effettuato dal Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Laddove applicabile, il residuo del campione viene conservato per tre mesi dalla data di emissione del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.

Rapporto di Prova N° RPT-ISSI-261067

Pg 2 / 2